



东莞市帝恩检测有限公司

Dongguan DN Testing Co.Ltd.

标准退件单

编号(同证书号): DN240033770038

第 1 页 共 1 页

Record No.: _____

Page of

委托方 Client 广东以色列理工学院

地址 Address 广东省汕头市金平区大学路241号

计量器具名称
Description 可燃气体探测器

器具用途
Use 产品生产测试
贸易结算/安全防护/
医疗卫生/环境监测

型号/规格
Model/Type GT-9801TB

校准日期
Calibration Date 2024年03月04日

制造厂
Manufacturer /

其他
Others /

出厂编号
Serial No. /

管理号
Asset No. R306-EXG-03

- 仪器示值超差, 无法维修
 仪器本身故障, 无法正常工作
 客户要求退回仪器
 其他原因

说明: 标准值60%LEL, 实测值51%LEL, 测量值超差(偏小)。



处理意见:

直接退检

通知客户

沟通时间: 客户确认人

处理意见:

维修

直接退检

超出能力范围

移交收发部门

移交其它专业科室检测(代送)

直接移交收发部门退件

室主任签名: 张德涛

校准员签名: 张佳齐

备注: 本通知书一式两联: 客户、专业部门各保存一联。

